

# 田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	横町No.1	測定時間	8:00～17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)トド・ソリューションズ（022-342-8727）の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 powered by xls-hashimoto



幾何平均			除染前			除染後			除染% × ÷			除染%			単位 : $\mu\text{Sv}/\text{hr}$				
No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%
1	0.34			21	0.40			41	0.43			61	0.45			81	0.66		
2	0.37			22	0.39			42	0.32			62	0.39			82	0.51		
3	0.33			23	0.41			43	0.35			63	0.34			83	0.42		
4	0.32			24	0.37			44	0.40			64	0.37			84	0.43		
5	0.24			25	0.37			45	0.36			65	0.44			85	0.53		
6	0.32			26	0.39			46	0.31			66	0.52			86	0.51		
7	0.33			27	0.43			47	0.35			67	0.55			87	0.42		
8	0.33			28	0.47			48	0.47			68	0.57			88	0.55		
9	0.32			29	0.45			49	0.38			69	0.45			89	0.54		
10	0.35			30	0.42			50	0.39			70	0.39			90	0.57		
11	0.38			31	0.42			51	0.40			71	0.50			91	0.49		
12	0.40			32	0.49			52	0.43			72	0.47			92	0.45		
13	0.40			33	0.50			53	0.43			73	0.41			93	0.48		
14	0.53			34	0.49			54	0.32			74	0.41			94	0.49		
15	0.45			35	0.42			55	0.41			75	0.54			95	0.77		
16	0.46			36	0.45			56	0.45			76	0.60			96	0.40		
17	0.45			37	0.46			57	0.32			77	0.53			97	0.45		
18	0.46			38	0.36			58	0.37			78	0.56			98	0.52		
19	0.42			39	0.47			59	0.35			79	0.54			99	0.61		
20	0.41			40	0.39			60	0.40			80	0.54			100	0.49		